FORA® G30

福爾益康血糖機

簡易使用說明書

福爾係經美商 Fora Care Inc.監製，並授權商標使用與販售。
本產品為體外診斷醫療器材可供自我測試使用。
製造廠名稱：泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：新北市五股區五工二路127號B1-7樓
藥商名稱：泰博科技股份有限公司
藥商地址：新北市五股區五工二路127號6樓
福爾台灣網址：www.foracare.com.tw
客戶服務專線：0809-007-868［週一 ~ 週五 9:00-18:00］
衛署醫器製字第 003021 號

其它時間，請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。

IVD CE 0123
315-4241100-020

親愛的福爾益康血糖機使用者您好：

感謝您選用福爾益康血糖機。本產品提供您測量血糖；準確的測試結果，讓您可以放心的和醫師一同監控血糖值的變化。本產品操作簡便，適用於居家健康管理。

在您使用福爾益康血糖機，簡易使用說明書能輔助您快速了解福爾益康血糖機的操作方式；若您想知道關於此機器更進一步詳細資訊，敬請詳細閱讀使用說明操作手冊。

效能:本產品為體外診斷醫療器材，必須使用新鮮的指尖全血。適用於糖尿病患自我量測及監控血糖，但新生兒除外。除指尖外，尚可使用其他部位血樣進行血糖測試，包括手掌、前臂、上臂、小腿與大腿。

產品介紹

機器正面

機器背面

產品介紹

試片罐

試片

採血針

AST專用透明蓋
(適用其它部位採血)



採血筆

1. 機器設定

1-1

進入設定模式 ：
按設定鍵即進入設定模式。
年份首先閃爍

1-2

按記憶鍵改變參數調整數字直到正確。
按設定鍵進入下一個欲調整之選項。

1. 機器設定

1-3

依前面 1-2 步驟來執行，
畫面依次會出現：

1. 月份/日期
2. 小時(AM上午 PM下午)/分鐘
3. 記憶刪除功能(刪除所有記憶)
4. 鬧鈴功能
   (設定4組時間 On為開啟 OFF為關閉)
5. 當您完成設定，按一下設定鍵，機器自動關機。

2. 密碼校對

2-1

本產品為單一編碼設計，請確認試片瓶上號碼和機器上所顯示號碼相同。

3. 採血設備

3-1

取下採血筆蓋。

3-2

請用大拇指輕掐住「採血針置入處」凹槽部位，再將採血針『完全套入到底 』，確定緊固。

3-3

旋轉取下採血針針頭護蓋。

3-4

將採血筆蓋套回並固定。

3-5

選擇採血深度。
刻度線條越長，扎入深度越深
詳細資訊請參考
福爾益康血糖機使用說明書。

3-6

雙手握住筆蓋及筆桿往上拉，使產生卡噠一聲，中間按鈕突出，完成後請置於一旁備用。

4. 血糖量測

試片開封，請先於瓶身記下首次開瓶日期。開封後於90天內使用完畢

4-1

取出試片前，請拭乾雙手；試片取出後，並立即蓋上試片罐蓋。

4-2

將試片插入機器。
螢幕依序顯示CHK及 ⊂▭→環境溫度→閃爍的" ♦ "、編碼及號碼、『一般』。

4-3

確認試片瓶上號碼和機器上所顯示號碼相同。
按記憶鍵完成選擇測試模式（一般/ ☗ 飯前/ ✗ 飯後）。

4-4

輕輕按摩採血部位。以酒精棉片消毒後，待酒精揮發完全。將採血筆牢牢抵住要採血的位置；按下按鈕聽到喀聲時代表採血已經完成。

4. 血糖量測

4-5

輕輕地擠壓穿刺的周邊部位以獲得足夠的血液。

4-6

機器上的 " ♦ " 閃爍時，將手指上的血液以45度靠近試片吸入口，血液會被吸入，停留約2秒後，待吸入口的反應區內吸滿血量後，再移開。

4-7

機器開始倒數到0完成後，結果會出現於螢幕，所得數值會自動被記憶。

4-8

退出試片，機器會自動關機。

4-9

採血針處理
- 拔下採血筆蓋。
- 將針頭刺入採血針針頭護蓋。
- 一手往前推動退針鈕，一手輕拉後端拉桿，退出採血針。

請注意
- 採血針請勿重複使用或與他人共用，避免交互感染。
- 請依當地法令規定丟棄使用過的試片和採血針。

請注意：上述範圍僅供參考，請諮詢醫護人員關於適合您的血糖值範圍。

5. 量測結果輔助指示

依據2008年美國糖尿病協會建議，糖尿病病人及正常人應盡量將血糖控制在標準血糖值範圍，如下表所示：

時段狀態	血漿血糖值範圍	
	正常人血糖值*1	糖尿病控制目標值*2
空腹或餐前	<100 mg/dL	70-130 mg/dL
飯後1~2小時	<140 mg/dL	<180 mg/dL

資料來源:
*1 American Diabetes Association (2008). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S1 -108
*2American Diabetes Association (2008). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S12-S54.

圖示	血糖值範圍	螢幕說明
135 mg/dL ☗飯前 過高	飯前血糖 >130mg/dL	“過高”同時伴隨『☗飯前』的標示會出現螢幕。
60 mg/dL ☗飯前 過低	飯前血糖值<70 mg/dL	“過低”同時伴隨『☗飯前』的標示會出現螢幕。
185 mg/dL ✗飯後 過高	飯後血糖值>180 mg/dL	“過高”同時伴隨『✗飯後』的標示會出現螢幕。
60 mg/dL ✗飯後 過低	飯後血糖值<70 mg/dL	“過低”同時伴隨『✗飯後』的標示會出現螢幕。
- - - 過低	血糖值低於量測範圍20 mg/dL	“過低”的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
- - - 過高	血糖值高於量測範圍600 mg/dL	“過高”的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。

簡易使用說明書